Ministerul Sănătăţii Republica Moldova IMSP IMşiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare nr. 07-17-59
TITLUL: **Instalaţie de decongelare a produselor sanguine Helmer**	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE Şef secţie,asistente medicale
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	01.07.2017	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	30.06.2017	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	01.07.17	Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii Republica Moldova **IMSP IMşiC** Denumirea instituţiei	**Procedura Standard de Operare** **nr. CTS/17/59**
TITLUL: **Instalație de decongelare a produselor sanguine Helmer**	**Cabinetul de transfuzie a sîngelui** denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE **Șef secție, asistente medicale**
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	Revizuirile anuale		
	data	avizul	concluzia

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii Republica Moldova IMSP IMşiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/59
TITLUL: **Instalație de decongelare a produselor sanguine Helmer**	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL: De a asigura calitatea la etapa de activitate la instalația de decongelare a produselor sanguine Helmer.

II. REAGENŢII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE, TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENT

2.1 ECHIPAMENT NECESAR

- Instalația de decongelare a produselor sanguine;
- Rețeua electrică.

2.2 ALTE MATERIALE

III. ÎNREGISTRARERA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

- Registru de evidență zilnică a temperaturei;

IV. PROCEDURA:

- Zilnic se verifică vizual dispozitivul la defecte mecanice,la defecte carcasă,cabluri dezgolite,alarme.La necesitate se apelează labioingenerul;
- Se umple rezervorul instalației cu apă distilată;
- Se conectează cablu de alimentare la rețeaua electrică, se apasă butonul de pornire’’power ’’(indicătorul de alimentare ne confirmă că dispozitivul este conectat la rețea) și se expectează timpul pînă la înstălarea temperaturei constante +37^{0}C;
- Unitatea cu plasmă proaspăt congelată se plasează intr-o pungă de unica folosință și se întroduce în instalație. Se apasă butonul lift/out;
- Se setează durata ciclului (se lucrează cu butonul ’’cycle/time ’’) necesar pentru decongelare, în dependență de cantitatea unității cu plasmă proaspăt congelată.Un semnal sonor ne ațenționează că decongelarea sa finisat;
- Se monitorizează și înregistrează diapazonul temperaturii în”Registru de monitorizare a regimului de temperatură a echipamentului medical”;
- Săptămînal (la necesitate zilnic)se schimbă apa in rezevor,care se dezinfectează cu soluție de săpun neutru ;

V. REFERINȚE:

1 Instrucțiunea de utilizare Instalației de decongelare a produselor sanguine.

IMSP Institutul Mamei și Copilului

IV. ANEXE:

Prelucrarea Instalației de decongelare a produselor sanguine.

Prelucrarea

Instalației de decongelare a produselor sanguine

1. Se deconectează aparatul de la rețeua electrică.
2. Cu ajutorul furtunului se elimină apa din rezervor.
3. Se prelucrează interiorul rezevoruui cu soluție dezinfectantă sau soluție de săpun neutru,la necesitate zilnic.
4. Se lasă expus la aer liber pentru prevenirea acumulării umidității reziduale.

IMSP Institutul Mamei și Copilului