Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova IMSP IMșiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare CTS nr. 17.164
TITLUL: **Activitatea de operare la frigiderul tip BIOBASE**	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE medic,felcer laborant,as medicală
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	01.02.2017	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	5.01.17 Chiriac	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	01.01.17	Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova IMSP IMșiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/60
TITLUL: **Activitatea de operare la frigiderul tip BIOBASE**	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE **medic,felcer laborant,as medicală**
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	Revizuirile anuale		
	data	avizul	concluzia

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova IMSP IMşiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/60
TITLUL: Activitatea de operare la frigiderul tip BIOBASE	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL: De a asigira calitatea la etapa de activitate la frigiderul BIOBASE.

II.REAGENŢII, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT:

- Frigiderul BIOBASE.

III. ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

- Registrul de evidenţă a activităţii echipamentului medical.
- Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical.

IV. PROCEDURA:

1. Zilnic se verifică vizual dispozitivul la defecte mecanice, la defecte carcasă, cabluri dezgolite,alarme.La necesitate se apelează la bioingenerul;
2.Se conectează firul de alimentare a frigiderului la reţiaua electrică;
3.Se comută întrerupătorul la poziţia ,,conectat";

Notă: Frigiderul este echipat cu panou de înregistrare electronică a temperaturii. În exterior de frigider este plasat un transmiţător portabil pentru monitorizarea şi memorizarea zilnică a regimului de temperatură cu înregistrarea obligatorie a parametriilor în Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical.

ATENŢIE: regimul de păstrare a produselor diagnostice şi sangvine este +2+8 °C.

3.Se deschide uşa de acces a frigiderului;
4.Se plasează seturi de reagenţi de laborator şi produsele sangvine pe rafturi separate,respectiv marcate;
5.Se închide uşa.

V. REFERINŢE:

- Manualul de utilizare a frigiderului BIOBASE.

VI. ANEXE:

- Metodă de curăţare a frigiderului - 1(filă).

IMSP Institutul Mamei si Copilului

Metoda de curăţire a

frigiderului tip BIOBASE

1. Se deconectează aparatul de la rețea electrică.
2. Se dezinfectează prin ştergerea suprafeţelor cu soluţie biodistructivă:

- externe - săptămînal

- interne şi a poliţelor - lunar

IMSP Institutul Mamei și Copilului