Ministerul Sănătăţii Republica Moldova IMSP IMşiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare CTS nr.14_61
TITLUL: **Activitatea la congelator Desmon scentific**	**Cabinetul de transfuzie a sîngelui** denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE **Şef secţie,asistente medicale**
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	6.10.2017	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	5.10.17	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	6.10.17	Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii Republica Moldova **IMSP IMşiC** Denumirea instituţiei	**Procedura Standard de Operare** **nr. CTS/17/61**
TITLUL: **Activitatea la congelator Desmon scentific**	**Cabinetul de transfuzie a sîngelui** denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE **Şef secţie, asistente medicale**
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	Revizuirile anuale		
	data	avizul	concluzia

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii Republica Moldova IMSP IMşiC Denumirea instituţiei	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/61
TITLUL: **Activitatea la congelator Desmon scentific**	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL: De a asigura calitatea la etapa de activitate la congelatorul Desmon scenfic.

II. REAGENŢII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE, TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENT

2.1 ECHIPAMENT NECESAR

- Congelator;
- Rețeua electrică.

2.2 ALTE MATERIALE

III. ÎNREGISTRARERA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

- Registru de evidență zilnică a temperaturei;

IV. PROCEDURA:

- Se conectează cablu de alimentare la rețeaua electrică și se expectează timpul pînă la înstălarea temperaturei constante -21-23^{0}C;
- Zilnic se verifică vizual dispozitivul la defecte mecanice, la defecte carcasă, cabluri dezgolite,alarme.La necesitate se apelează la bioingenerul;
- Se deschide ușa de acces și se exstrag (sa-u se plasează) unitățile de plasmă în număr necesar de pe rafturi corespunzător marcate, ușa se închide;
- Se monitorizează și înregistrează diapazonul temperaturii de două ori pe zi în"Registru de monitorizare a regimului de temperatură a echipamentului medical";
- Se prelucrează săptămînal partea internă și polițețe congelatorului cu soluțiie dezinfectante cu înregistrarea în''Fișa de monitorizare a programului de prelucrare sanitară la necesitate,săptămînal'';

V. REFERINȚE:

1 Instrucțiunea de utilizare Congelatorului Desmon Scentific

IV. ANEXE:

Prelucrarea Congelatorului Desmon Scentific

IMSP Institutul Mamei si Copilului

Prelucrarea

CONGELATORULUI DESMON SCENTIFIC

1. Se deconectează aparatul de la rețeua electrică.
2. Se prelucrează interiorul congelatorului cu soluție dezinfectantă (la necesitate zilnic).
3. După prelucrare se lasă ușa ușor întredeschisă pentru a preveni acumularea umidității reziduale.

IMSP Institutul Mamei și Copilului