Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova **IMSP IMC** Denumirea instituţiei	**Procedura Standard de Operare** CTS **nr.** 181_63
TITLUL:**Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale termostat,dulap de sterilizare cu aer uscat**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE ingineri, personal tehnic
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	10.04.18.	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	10.04.18 Chetruca	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	10.04.18	Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova **IMSP IMC** Denumirea instituţiei	**Procedura Standard de Operare** **nr. CTS/18/63**
TITLUL:**Intreţinerea de corecţie a dispozitivelor medicale termostat,dulap de sterilizare cu aer uscat**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE ingineri, personal tehnic
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		**Managerul calităţii**	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	Revizuirile anuale		
	data	avizul	concluzia

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare nr. CTS/18/63**
TITLUL: **Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale termostat,dulap de sterilizare cu aer uscat**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL:

De a asigura calitatea utilizarii termostat, dulap de sterilizare cu aer uscat

II. REAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR

Termometru independent

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Nu se aplică

2.3. ALTE MATERIALE

Nu se aplică

III. ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Registru de monitorizare a echipamentul medical

IV. PROCEDURA:

4.1 Monitorizarea temperaturii

4.1.1 Efectuați verificarea temperaturii în dispozitiv pornind de la sistemul de monitorizare existent, respectiv:

• indicațiile dispozitivului pentru înregistrarea (digitală/grafică) permanentă a temperaturii verificîndu-se cu indicațiile termometrului intern;

• parametrii de înregistrare permanentă a temperaturii fixați în Registrul pentru monitorizarea temperaturii în echipament zilnic în perioada de la ultima verificare;

4.1.2 Verificați dacă temperatura a rămas în limitele acceptabile de la ultima verificare

Rețineți: dacă temperatura nu a rămas în limitele acceptabile, recurgeți conform politicii instituției.

4.1.3 curățați carcasul de praf și alte conponente auxiliare;

4.1.4 verificati functionalitatea ventilatorului sau a parageneratorului, la necesitate de schimbat elementele de încălzire

V. REFERINŢE

Manualul tehnical dispozitivelor medicale

IMSP Institutul Mamei și Copilului