Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare** CTS nr. 18 / 64
TITLUL: **Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale frigider, congelator**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE personal tehnic ingineresc
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	10.04.18.	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	10.04.18 Chetterco	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	10.04.18.	Managerul calităţii	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare nr. CTS/18/64**
TITLUL:**Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale frigider, congelator**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE personal tehnic ingineresc
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		**Managerul calităţii**	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	Revizuirile anuale		
	data	avizul	concluzia

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecției Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare nr. CTS/18/64**
TITLUL: **Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale frigider,congelator**	Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL:

De a asigura calitatea utilizarii echipamentelor frigorifice

II. REAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR

Termometru independent pentru fiecare piesă de echipament

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Nu se aplică

2.3. ALTE MATERIALE

Nu se aplică

III. ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Registru de monitorizare a echipamentul medical

IV. PROCEDURA:

4.1 Monitorizarea temperaturii

4.1.1 Efectuați verificarea temperaturii în echipamentul de păstrare a sângelui, componentelor și preparatelor biomedicale sanguine, pornind de la sistemul de monitorizare existent, respectiv:

• indicațiile dispozitivului pentru înregistrarea (digitală/grafică) permanentă a temperaturii cel puțin de două ori pe zi, verificîndu-se cu indicațiile termometrului intern;

• parametrii de înregistrare permanentă a temperaturii fixați în Registrul pentru monitorizarea temperaturii în echipament zilnic în perioada de la ultima verificare;

4.1.2 Verificați dacă temperatura a rămas în limitele acceptabile de la ultima verificare

Limitele acceptabile ale temperaturii pentru echipamentul de stocare a sângelui, componentelor și preparatelor biomedicale sanguine sunt:

Echipament	**Limitele acceptabile ale temperaturii**
Frigider	plus 2°C plus 6°C (componente eritrocitare, plasma decongelată, preprate biomedicale sanguine) plus 2°C plus 8°C (reagenți și mostre de sînge)
Congelator	minus 18°C sau mai jos
Incubator pentru trombocite	plus 20 plus 24°C

Rețineți: dacă temperatura nu a rămas în limitele acceptabile, recurgeți conform politicii instituției.

4.2 curățați condensatorul de praf si alte conponente auxiliare;

4.3 verificati stratul de gheata din dispozitiv la necessitate efectuati procedura de dezghetare fortata.

V. REFERINŢE

Manualul tehnical dispozitivelor medicale

IMSP Institutul Mamei și Copilului