Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituției **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare** CTS **nr.** 181_65
TITLUL: **Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale - centrifugi**	Secția Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secție/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE ingineri, personal tehnic
funcția

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuiește PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct	10.04.18	
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune	10.04.18 Chichrco	

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul	10.04.18	Managerul calității	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare** **nr. CTS/18/65**
TITLUL: **Intreținerea de corecție a dispozitivelor medicale - centrifugi**	Secția Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

RESPONSABIL DE EXECUTARE ingineri, personal tehnic
funcţia

Elaborat de :	Data elaborării	Înlocuieşte PSO datat
Vicedirector/ medic şef adjunct		
Şef laborator control calitate		
Şef de subdiviziune		

Aprobat	Data aprobării	Coordonat	Data coordonării
Conducătorul		**Managerul calităţii**	

Persoana responsabilă de revizuire	Revizuirea PSO		
	Data	avizul	semnătura

IMSP Institutul Mamei și Copilului

ISTORIA PSO

Nume, prenume, funcţia responsabilului de revizuirea anuală	**Revizuirile anuale**		
	data	**avizul**	**concluzia**

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătăţi, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Denumirea instituţiei **IMSP IMC**	**Procedura Standard de Operare nr. CTS/18/65**
TITLUL: **Intretinerea de corecție a dispozitivelor medicale centrifugi**	Secția Cabinet de hemotransfuzii, Departament Inginerie Biomedicală denumire departament/secţie/laborator

I. SCOPUL:

De a asigura calitatea utilizării centrifugilor

II. REAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR

Tahometru digital

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Nu se aplică

2.3. ALTE MATERIALE

Nu se aplică

III. ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Registru de monitorizare a echipamentul medical

IV. PROCEDURA:

4.1 Monitorizarea functionalității

4.1.1 Efectuați verificarea turațiilor în timpul centrifugării

- vizualizați indicațiile dispozitivului comparindule cu cele de pe tahometru;
- citiți indicațiile de temperature a dispozitivului dotate cu compresor;
- verificati mecanismul de blocare a capacului.

4.1.2 Verificați înpământarea

4.1.3 Dacă temperatura nu a rămas în limitele acceptabile, recurgeți la reparatie.

4.1.4 curatati condensatorul de praf și alte conponente auxiliare, verificați stratul de gheață din dispozitiv la necesitate efectuați procedura de dezgheţare forțată

V. REFERINŢE

Manualul tehnical dispozitivelor medicale

IMSP Institutul Mamei și Copilului